


MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTE
1, RUE CLAUDE GOUDIMEL
25 030 BESANCON CEDEX

 : 03.81.66.50.79
service.marches@univ-fcomte.fr

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

ACQUISITION DE 4 TANKS THERMOSTATES ET MESOCOSMES SUR MESURE

Marché n°

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, prévue par les articles 27 et 34 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Date limite de réception des offres : Jeudi 29 novembre 2018 à 12h00 (heure de Paris)

Tous les documents doivent être retournés non modifiés, datés, paraphés et signé

Ce marché concerne l'**acquisition de 4 tanks thermostatés et mésocosmes sur mesure.**

Les caractéristiques techniques à respecter sont les suivantes :

- 4 tanks équipés chacun d'une table de soutènement solide (prévoir le poids des mésocosmes et microcosmes chargés) et thermostatés de manière indépendante et uniforme (8-25°C) de dimensions : l 1,2m x L 2,5m x p 0,6m soit un volume de 1.8 m³ chacun environ. (Dimensions acceptées à +ou- 5%)

Les tanks devront pouvoir être remplis d'eau et réglés sur des températures différentes.

- 20 mésocosmes transparents et amovibles à placer dans les tanks, de dimensions l 0,4m x L 1m x p 0,5m (Dimensions acceptées à +ou- 5%). Les grands mésocosmes sont destinés à être placés dans les tanks, et à être utilisés comme aquariums ou terrariums.

- 40 microcosmes transparents et amovibles à placer dans les grands mésocosmes, de dimensions l 0,38m x L 0,48m x p 0,48m (Dimensions acceptées à +ou- 5%). Les petits mésocosmes sont destinés à être placés dans les tanks ou dans les grands mésocosmes, et à être utilisés comme aquariums ou terrariums.

- 4 bulleurs gros débits pour alimenter les mésocosmes, avec tuyaux plastiques, robinets et sucres.

- Les matières utilisées, dont la colle, ne devront pas être toxiques pour la vie aquatique. Le PVC ne sera pas accepté.



- La structure doit obligatoirement être démontable.



A..... le,

Lu et approuvé

L'entreprise, (cachet et signature)

➤ Voir Schéma sur les deux pages suivantes.





microcosmes

